

Leoncin, 20.05.2021 r.

Znak postępowania: GK.271.PN.5.2022

Zamawiający
Gmina Leoncin,
ul. Partyzantów 3,
05-155 Leoncin

Do: Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Zakup i montaż sprzętu i urządzeń do Gabinetu Rehabilitacji w Leoncinie**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Pytanie nr 1 dot. Aparat do krioterapii ze zbiornikiem 35l:

Parametr dotyczący przepływu powietrza wyklucza parametr dotyczący zbiornika. Czy w związku z tym mogę prosić o ponowne rozpatrzenie pytania nr 2?

Pytanie nr 2 brzmiało:

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat o poniższych parametrach:

- Aparat do krioterapii nadmuchem zimnego powietrza o temperaturze do -30oC
- 9 poziomów nadmuchu
- maksymalny przepływ 9000 l/min
- wyposażony w 3 dysze nadmuchowe (5, 10 i 15 mm)
- Aparat nie wymagający butli na azot
- Ekran LCD funkcyjny

Odpowiedź:

Dodatkowe parametry dla pozycji nr 8 Aparat do krioterapii ze zbiornikiem 35l otrzymują brzmienie:

Aparat do krioterapii za zbiornikiem 35l (poz. 8)			
L.P.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie do krioterapii miejscowej parami azotu,	TAK, podać	
2	Urządzenie z wyświetlaczem LED	TAK, podać	

3	Strumień pary azotu u wylotu dyszy osiąga temperaturę roboczą (-160 °C),	TAK, podać	
4	Intensywność nadmuchu regulowana skokowo	TAK, podać	
6	wagowy pomiar ilości azotu, możliwość zaprogramowania czasu zabiegu, z wybranym zbiornikiem na azot,	TAK, podać	
7	Zbiornik o pojemności minimum 35 l $\pm$ 2 l, lub większy	TAK, podać	

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji postępowania.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 137 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmian w specyfikacji warunków zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego leoncin.bip.net.pl, gdzie prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Z up. Wójta Gminy

Bernard Mucha
Zastępca Wójta