

Leoncin, 20.05.2022 r.

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) w przedmiocie: „*Zakup i montaż sprzętu i urządzeń do Gabinetu Rehabilitacji w Leoncinie*”

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) dokonuje następujących zmian w specyfikacji warunków zamówienia:

1. Rozdział XV ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

Ust. 1. Oferty składa się w terminie do dnia **25.05.2022 r.** do godziny **10.00**

Ust. 3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.05.2022 r.** o godzinie **10.30**

2. Rozdział XIV ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą do upływu **30 dni tj. do dnia 23.06.2022 r.** liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

3. W Załączniku do SWZ „Po zmianach - Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie ilościowe sprzętu i urządzeń” dodatkowe parametry dla pozycji nr 8 Aparat do krioterapii ze zbiornikiem 35l otrzymują brzmienie:

Aparat do krioterapii za zbiornikiem 35l (poz. 8)			
L.P.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie do krioterapii miejscowej parami azotu,	TAK, podać	
2	Urządzenie z wyświetlaczem LED	TAK, podać	
3	Strumień pary azotu u wylotu dyszy osiąga temperaturę roboczą (-160 °C),	TAK, podać	
4	Intensywność nadmuchu regulowana skokowo	TAK, podać	
6	wagowy pomiar ilości azotu, możliwość zaprogramowania czasu zabiegu, z wybranym zbiornikiem na azot,	TAK, podać	
7	Zbiornik o pojemności minimum 35 l ± 2 l, lub większy	TAK, podać	

Z up. Wójta Gminy

Bernard Mucha
Zastępca Wójta