

Leoncin, 06.06.2021 r.

Znak postępowania: GK.271.PN.6.2022

Zamawiający
Gmina Leoncin,
ul. Partyzantów 3,
05-155 Leoncin

Do: wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Zakup i montaż sprzętu i urządzeń do Gabinetu Rehabilitacji w Leoncinie**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Pytanie 1.

Poz. 1 - Wanna do masażu wirowego (wirówka) KKG

1. Czy zamawiający dopuści wannę bez systemu zabezpieczającego przed pracą na sucho?
2. Czy zamawiający dopuści wannę bez panelu sterowania?
3. Czy zamawiający dopuści wannę bez automatycznego systemu napełniania?

Odpowiedź:

1. Nie
2. Nie
3. Nie

Pytanie 2.

Poz. 2 - Wanna do masażu wirowego (wirówka) KKD

1. Czy zamawiający dopuści wannę bez systemu zabezpieczającego przed pracą na sucho?
2. Czy zamawiający dopuści wannę bez panelu sterowania?

Odpowiedź:

1. Nie
2. Nie

Pytanie 3.

Poz. 3 - Kolumna do treningu o zmiennym oporze dynamicznym

1. Czy zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w:
 - min. 9 rowków na uchwyty,
 - min. 2 uchwyty do mocowania obręczy i gum z możliwością przesuwu i blokady w każdym rowku,
 - wieszak na akcesoria jako integralny element konstrukcji,

- min. 4 pary rzemieni o długości 1m z uchwytem do mocowania oraz z rączką do ćwiczenia (każda para o innym oporze)
- min. 4 obręcze gumowe z uchwytem do mocowania (każda o innej wartości oporu).

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 4.

Poz. 6 - Stół rehabilitacyjny (poz. 6)

1. Czy zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z wydzieloną częścią środkową bez jej regulacji?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 5.

Poz. 7 - Lampa Sollux

1. Czy zamawiający dopuści lampę sollux na statywie regulowanym w zakresie 1,2 – 1,9 m przy pomocy mechanizmu dociskowego?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 6.

Poz. 11 - MEDBIKE – terapia ruchowa z biofeedbackiem do kończyn górnych i dolnych

1. Czy zamawiający wymaga aby urządzenie miało możliwość łączenia się poprzez bezprzewodową technologię Bluetooth ze sterownikiem zewnętrznym?
2. Czy zamawiający wymaga aby urządzenie miało możliwość obsługi za pomocą dedykowanej aplikacji, instalowanej na tablecie, dostarczonym z urządzeniem?

Odpowiedź:

1. Nie
2. Nie

Pytanie 7.

Poz. 12 - Aparat 3-kanalowy (2 x elektroterapia z pełną gamą prądów, 1x laseroterapia)

1. Czy zamawiający wymaga aby bezobsługowa głowica HandsFree Sono posiadała zintegrowaną nakładkę magnetyczną? Nakładka ta jest niezbędna do ochrony kryształów ultradźwiękowych głowicy przed zarysowaniem.
2. Czy zamawiający wymaga aby bezobsługowa głowica HandsFree Sono posiadała 4 wyraźnie widoczne kryształy ultradźwiękowe z wizualną kontrolą ich aktywności w trakcie zabiegu?

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, Zamawiający nie zmienia treści SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, Zamawiający nie zmienia treści SWZ.

Pytanie 8.

Poz. 18 – Aparat do terapii falą uderzeniową

1. Czy zamawiający wymaga aby aplikator posiadał wbudowany amortyzator sprężynowy?
2. Czy zamawiający dopuści aparat o częstotliwość pracy od 1 do 20 Hz?

Odpowiedź:

1. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ – Zestawienie ilościowe sprzętu i urządzeń, poz. Nr 18
2. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, Zamawiający nie zmienia treści SWZ.

Pytanie 9.

Poz. Stolik Trolmed SPA-2

Czy zamawiający dopuści stolik wyposażony dodatkowo w szufladę, ale o wymiarach:

Wysokość:	113 cm
Szerokość:	56 cm
Szerokość półki	50 cm
Głębokość:	
Dolna półka:	40cm
Górna półka:	30 cm

Odpowiedź:

Nie

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji postępowania.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 137 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) nie dokonuje zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Z up. Wójta Gminy
Bernard Mucha
Zastępca Wójta